Ventilator Equipment Mounting **Information Card / Informatiekaart**

ID: 606943 | Version / Versie: 3.0 | Date / Datum: 01-08-2025

Introduction / Voorwoord

This Information Card contains an overview of the device. The aim of this information is to ensure successful, safe and effective use of the device. This Information Card will give you a quick look on the features and important safety warnings. Please take note of the safety warnings before using it.

Deze Informatiekaart bevat een overzicht van het hulpmiddel. Het doel van deze informatie is te zorgen voor een succesvol, veilig en effectief gebruik van het hulpmiddel. Deze Informatiekaart geeft u een snelle blik op de functies en belangrijke veiligheidswaarschuwingen. Houd rekening met de veiligheidswaarschuwingen voordat u het hulpmiddel gebruikt.

Complete user manual / Complete gebruikershandleiding

The complete user manual is available on our website and can be downloaded (**https://www.focalmeditech.nl/downloads**). In case you want to receive a printed user manual in your own language, please contact us at **+31 (0)13 533 31 03** and we will send you without any costs a hard copy.

De complete gebruikershandleiding is beschikbaar op onze website en gedownload worden op (**https://www.focalmeditech.nl/downloads**). In het geval dat u een geprinte gebruikershandleiding wil, neem contact op via **+31 (0)13 533 31 03** en we zenden u een geprint exemplaar toe.

Overview / Overzicht



Figure 1: Overview with terms of specific parts
Figuur 1: Overzicht met benaming specifieke onderdelen

Ventilator Equipment Mounting **Information Card / Informatiekaart**

Safety notices / Veiligheidsnotities

Danger: Only connect a ventilator system that has an internal battery with at least 50% remaining charge. In that case, if the DC-DC converter fails, there will be sufficient charge left for the time needed to call for external assistance to connect alternative power supply.
Gevaar: Sluit alleen een beademingsapparaat aan met een interne accu met minimaal 50% lading. In dat geval, wanneer de DC-DC converter uitvalt, is er voldoende lading over voor de tijd die nodig is om externe hulp in te roepen om een alternatieve voeding aan te sluiten.

Danger: Regularly check the status and the remaining charge of the connected device's internal battery.
Gevaar: Controleer regelmatig de status en de resterende lading van de interne accu van het aangesloten hulpmiddel.

Danger: Prevent direct contact with water or any other liquid. Failure to prevent this can lead to malfunctioning of device or bodily harm.
Gevaar: Voorkom direct contact met water of enige andere vloeistof. Het niet voorkomen hiervan kan leiden tot onjuist functioneren van het hulpmiddel of tot lichamelijk letsel.

Danger: Prevent exposure to extreme temperature (see environment conditions). Failure to prevent this can lead to malfunctioning of the device or bodily harm.
Gevaar: Voorkom blootstelling aan extreme temperaturen (zie omgevingscondities). Het niet voorkomen kan slecht functioneren van het hulpmiddel of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Warning: Do not modify any part of this device without authorization of Focal Meditech. This can lead to malfunctioning and will void the warranty.
Waarschuwing: Wijzig geen enkel onderdeel van dit hulpmiddel zonder toestemming van Focal Meditech. Indien dit toch gedaan wordt, kan dit leiden tot onjuist functioneren en zal de garantie komen te vervallen.

Warning: In case of a faulty device contact Focal Meditech or your dealer. Do not try to fix it yourself. Failure to do this will void the warranty.
Waarschuwing: Neem indien het hulpmiddel onjuist functioneert direct contact op met Focal Meditech of uw dealer. Probeer het niet zelf te repareren. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot verlies van garantie.

Warning: In case of doubt about safety of the device contact Focal Meditech or your dealer.
Waarschuwing: Neem in geval van twijfel over de veiligheid contact op met Focal Meditech of uw dealer.

Warning: In case of a serious incident when using the device, contact Focal Meditech, or your dealer, and the national authority of your country.
Waarschuwing: Bij een ernstig voorval met betrekking tot dit hulpmiddel dient contact te worden opgenomen met Focal Meditech, of uw dealer, en de bevoegde autoriteit van de lidstaat.

Warning: Check for each use that the hinges are properly fixed.
Waarschuwing: Controleer voor elk gebruik of de hengsels goed vastzitten.

Caution: The surface of the DC-DC converter can get hot (more then 50°C).
Let op: De DC-DC converter kan warm worden (meer dan 50°C).

Caution: Only use the Battery Power Cable 15A and Battery Power adapter 15A of Focal Meditech to supply the DC-DC converter.
Let op: Sluit alleen de accukabel 15A en de adapter 15A van Focal Meditech aan de DC-DC converter.

Contact information / Contact informatie

Manufacture and sold by / Fabricage en verkocht door:

Focal Meditech BV
Droogdokkeneiland 19, 5026 SP Tilburg, Netherlands
Tel.: +31 13 533 31 03 info@focalmeditech.nl
www.focalmeditech.nl

FOCAL meditech